



产品认证证书

证书编号: CSEx20.0003X

申请人名称、地址

深圳万讯自控股份有限公司
广东省深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼 1-6 层

制造商名称、地址

深圳万讯自控股份有限公司
广东省深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼 1-6 层

生产厂名称、地址

深圳万讯自控股份有限公司江阴分公司
江苏省江阴市花东路 66 号

产品商标

MAXONIC

产品名称和系列、型号、规格

DP1300, DG1300, DG1210, DG1215, DG1205 压力变送器

认证依据标准

GB 3836.1-2010, GB3836.2-2010

上述产品符合下述自愿性产品认证实施规则的要求:

SITIiAs-RJ03-01 A/4 《防爆产品认证实施规则》

特发此证。

产品相关信息详见附件。

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后的监督

发证日期: 2020 年 07 月 03 日 有效期至: 2025 年 07 月 02 日

首次发证日期: 2020 年 07 月 03 日

本证书在有效期内的有效性依据发证机构监督的符合结果予以保持, 本证书的具体信息可通过发证机构官方网站查询。



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C214-P

批准人(负责人):



日期:

2020 年 07 月 03 日

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司

地址: 中国·上海 上海市漕宝路 103 号 邮编: 200233

电话: 021-64516350 传真 021-64849355 网址 www.sitiias.com.cn

产品认证证书附件

证书编号：CSEx20.0003X

产品名称： 压力变送器

型号规格： DP1300, DG1300, DG1210, DG1215, DG1205

防爆标志： Ex d IIC T6 Gb

安全使用注意事项：

- 1、证书编号后缀“X”表明产品具有安全使用特殊条件：
 - 1) 涉及隔爆接合面的维修须联系产品制造商。
 - 2) DG1300, DG1210, DG1215, DG1205型产品外露电缆自由端，应接入相应的防爆接线盒内。
- 2、安全电气参数：24VDC。

其他说明：

无

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司

2020年07月03日

